

※注意 このチェックリストは提出する必要はありません。

準備が出来たらチェックしてください

名称	注意事項等	部数	チェック
1 放射線施設自主管理チェックリスト	ホームページからダウンロードして入力すること。 (https://www.hokeniryu.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kanri/checklist) ※1 病院全体としての自己点検結果を記載すること ※2 記入漏れが無いよう注意すること	検査日の3日前までにe検査システム上でご提出ください	
2 放射線診療従事者関係			
(1) 医師免許証の写し	放射線診療に従事する医師、歯科医師全員分	各1部	
(2) 診療放射線技師免許証の写し	放射線診療に従事する診療放射線技師全員分	各1部	
(3) その他の放射線診療従事者の免許証の写し	その他の放射線診療従事者全員分	各1部	
(4) 告示研修受講修了書の写し	令和6年4月1日前に免許を受けた診療放射線技師であって告示研修の受講を修了した職員分	各1部	
3 健康管理・被ばく管理関係			
(1) 電離放射線健康診断個人票	定められた項目が、実施または記載されていることが確認できる記録全員分	各1部	
(2) 電離放射線健康診断結果報告書(国の場合は緊急時等に関する報告)	労働基準監督署への報告書控(国の場合は報告事例があった場合のみ)	1年分	
(3) 個人被ばく線量測定結果報告書	個人被ばく線量測定の業者からの結果報告書(ポケット線量計で測定している場合はその測定記録)	1年分	
(4) 過剰被ばく等の記録	管理線量を超えたものの記録(線量表示のない装置では透視時間60分以上)	1年分	
4 エックス線・MRI検査関係			
(1) 照射録(複合型CTを含む)	原則印刷不要、ただし前回から今回までに電子カルテ、放射線情報システムの更新のあった場合のみ以下の通り 記載内容が分かるように各モダリティ1頁を印刷したもの。但し端末等で確認できる場合は印刷省略可	各1頁	
(2) 電子媒体に関する運用管理規定	電子保存している施設は運用管理規程	最新の物	
(3) MRI検査依頼票	1日分程度を印刷したもの。但し端末等で確認できる場合は印刷省略可	1日分	
(4) MRI体内金属等チェックリスト	実際に使用したもの	1日分	
(5) エックス線診療室漏洩線量測定結果記録		1年分	
(6) 一時的管理区域設定の記録	外科用透視装置・移動型CT装置等を手術室で使用した場合	1月分	
(7) 輸血用血液照射装置に係る記録		1年分	
5 核医学診療関係			
(1) 各種測定記録			
・空間線量率測定記録		3月分	
・表面汚染密度測定記録		3月分	
・空气中RI濃度測定記録	作業環境測定法に基づく測定記録	3月分	
・排気中RI濃度測定記録		3月分	
・排水中RI濃度測定記録	3月以上排水実績がない場合は最終の記録	3月分	
(2) RI管理台帳	入手・使用・一時保管廃棄記録が記載されている台帳	3月分	
(3) RI使用記録	RIの使用を集計したもの	1年分	
(4) 廃棄物受取書	アイソトープ協会発行の受取書	最新の物	
(5) 排気フィルタ交換記録	最終交換日・交換内容のわかるもの	最新の物	

名称		注意事項等	部数	チェック
(6)	医師及び診療放射線技師に係わる研修の受講記録(PET保有及び予定病院)	陽電子断層撮影診療用放射性同位元素にかかわる研修受講状況(いわゆる「7日間ルール」を採用している場合は関係書類)	各1部	
(7)	非密封治療に係わる記録(診療用放射性同位元素使用器具を含む)	使用記録、退出の記録 書面による患者・家族等への注意および指導の記録	1年分	
	特別措置病室の使用記録		1部	
(9)	吸収補正用線源に係る記録	入手・保管・使用・廃棄の記録	1年分	
		使用後の紛失防止のための線量測定記録	1年分	
		保管の記録、数量の確認記録	1年分	
(10)	施設・設備点検記録	自主点検、保守点検記録など	1年分	
(11)	ICU等での一時使用に係る記録	使用後の汚染状況の測定記録	1年分	
(12)	放射性同位元素備付届	施設の概要、使用核種などの確認	1部	
(13)	使用室一時立ち入り者被ばく線量測定記録	立ち入り時間、被ばく量の測定記録	6月分	
6 放射線治療関係				
(1)	漏洩線量測定結果記録		1年分	
(2)	出力測定記録	モニタ校正記録・線源強度測定記録等	1年分	
(3)	出力測定用線量計の校正記録	最終の校正記録	最新の物	
(4)	照射録	患者治療カルテ及びシミュレーション・照合写真の照射録	1月分	
		定位照射記録	1月分	
		計画から日常の照射までの流れがわかるもの	数部	
		治療計画装置の保守点検の実施、実測値との比較、照合写真等	数部	
(5)	装置の使用記録	使用時間が把握できるもの(許可条件との比較)	1年分	
(6)	移動型発生装置の手術室での使用記録	使用時間が把握できるもの・保守点検の記録	1年分	
(7)	密封線源の受入・保管・廃棄記録	コバルト、イリジウム、セシウム等	1年分	
(8)	照射室一時立ち入り者被ばく線量測定記録	線源が放射性同位元素の場合(加速器は必要なし) 立ち入り日時、被ばく量の測定記録	6月分	
(9)	施設、設備点検記録	自主点検記録、精度管理記録	1年分	
7 密封小線源関係(3.7MBqを超える校正用線源も含む)				
(1)	受入・保管・使用・廃棄記録		1部	
(2)	線源使用記録・線源の確認・測定記録	最近の使用実績が無い場合は線源確認記録のみ	1年分	
(3)	ICU等での一時使用に係る記録	使用後の紛失防止のための線量測定記録	1年分	
(4)	器具の永久挿入に係る記録	退出時の記録	1部	
		書面による患者への注意および指導	1年分	
(5)	特別な理由による使用の場所等の制限除外における管理体制	その施設における管理責任者の選任 管理体制の明確な組織図	1部	

名称		注意事項等	部数	チェック
8 安全管理体制				
(1)	診療用放射線に係る安全管理体制	診療用放射線の安全利用のための指針	最新の物	
		診療用放射線の安全利用のための研修の記録(職種別参加率が分かるもの等)	1年分	
		管理・記録対象医療機器等の放射線による被ばく線量の記録が分かるもの	1日分	
		診断参考レベル(DRLs)を参考にしたプロトコル管理等の記録が分かるもの	最新の物	
		患者との情報共有(説明と同意)の記録が分かるもの	あれば数部	
		医療放射線安全管理委員会の議事録	1年分	
(2)	その他の医療安全管理体制	医療安全管理指針、医療事故防止・事故発生時対応マニュアル(放射線部門独自のもの)	最新の物	
		緊急時連絡網や通報先等を記載したもの	最新の物	
		各委員会会議事録	1年分	
		感染対策マニュアル(放射線部門独自のもの)	最新の物	
		医薬品の業務手順書(放射線部門独自のもの)	最新の物	
		医療安全・院内感染対策研修の記録(参加率が分かるもの等)	1年分	
		医薬品、医療機器の安全使用に係る研修の記録	1年分	
		医療機器の保守点検の計画・実施の記録	1年分	
		新たに導入した放射線関連機器の安全研修の記録		
		特定医療機器の定期研修の記録【特定機能病院のみ】	1年分	
(3)	精度管理実記録	診療用放射線機器の自主点検・精度管理(不変性試験)実施の記録	1年分	
		診療用放射線機器の始業・終業点検実施の記録	1月分	
9 医療法上の届出書類等				
(1)	エックス線装置等備付・変更・廃止届控え		1年分	
(2)	病院許可事項の一部変更許可・使用許可申請書及び許可証		1年分	
(3)	診療用放射線照射器具・診療用放射性同位元素翌年使用予定届	昨年末に提出したもの	1部	
10 RI法上の届出書類等				
(1)	使用許可証・使用承認証	許可条件を含めたもの(許可を受けた年度以外は不要)	1部	
(2)	施設検査、定期検査・定期確認合格証	原子力安全技術センターの合格証(検査・確認を受けた年度以外は不要)	最新の物	
(3)	放射線管理状況報告書	最新の報告書	最新の物	
(4)	放射線障害予防規程	現在届出されている予防規程	最新の物	
(5)	定期講習受講証明書	受講証明書、これからの場合は申込書など	最新の物	
(6)	放射線安全委員会等の開催記録	開催時の資料・議事録等	1年分	
(7)	教育訓練実施記録	開催日時・内容・参加者の区分等が記載されたもの	1年分	
11 その他				
(1)	高周波利用設備許可書(電波法)	MRI・リニアック等の関東総合通信局への届出控(許可を受けた年度以外は不要)	最新の物	
(2)	核燃料物質等の貯蔵取扱届出書	東京都火災予防条例に基づく消防署への届出控(許可を受けた年度以外は不要)	1部	
(3)	放射線装置等の設置届	労働安全衛生法に基づく労働基準監督署への届出控	1年分	